



UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino, 20 ottobre 2026

Prot. n. 0531/2026/UE/GAPP

CHIARIMENTO

RIF. GARA N.26/G/UE/0016

Oggetto: **CHIARIMENTI SU GARA D'APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI TAVOLO TELECOMANDATO PER LA U.O.C. RADIOLOGIA DELL'I.S.S.**

In riferimento all'Asta Pubblica per la fornitura di Tavolo Telecomandato per la U.O.C. Radiologia dell'I.S.S., indetta con Bando di Gara Prot. n. 0493/2026/UE/GAPP del 29 settembre 2026, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti.

Richiesta chiarimenti del 19/10/2026

- *Capitolato tecnico, caratteristiche tecniche minime - in relazione a tempo minimo di esposizione e dimensione fuoco piccolo, notiamo come la richiesta sia per una misura inferiore a 1 ms e 0.6 mm. Chiediamo se tali misure siano da intendersi come "inferiore /uguale a" e non solo come "inferiore a" in quanto, sui tempi di esposizione, 1ms è già la misura minima presente sul mercato e in tema di macchia focale 0.6 rappresenta la misura minima riscontrabile.*

Risposta: Come indicato nelle caratteristiche minime previste dal Capitolato Tecnico, con riferimento al tempo minimo di esposizione e alla dimensione del fuoco piccolo, i valori rispettivamente pari a 1 ms e 0,6 mm sono da considerarsi valori di riferimento massimo accettati.

- *Capitolato tecnico, accessori: in relazione all'allestimento della sala con angiografia digitale DSA siamo a richiedere se la macchina debba essere dotata da subito, al momento dell'installazione, di suddetta funzionalità o se è possibile proporre una apparecchiatura di recente commercializzazione che non sia, al momento della fornitura, dotata di DSA ma la cui implementazione è già in corso, garantendone aggiornamento gratuito per l'ente non appena suddetta funzionalità sia resa disponibile.*

Risposta: Si conferma la necessità di attenersi a quanto espressamente previsto dal Capitolato Tecnico. Resta inteso che la valutazione dell'eventuale proposta di aggiornamento presentata dall'impresa in sede di offerta sarà rimessa alla competenza della Commissione aggiudicatrice.

Dott.ssa C.A.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –
DIRETTORE U.O.C. RADIOLOGIA**

Dr. Marino Gatti